СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ИМ02.Н17717

Срок действия с 19.05.2015г. **по** 19.05.2018г.

№ 1758657

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.0001.11ИМ02
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ АНО «ВНИИИМТ»
129301, г. Москва, ул. Касаткина, д.3 тел. (495) 683-97-92, факс (499)187-89-54,
e-mail: im02@bk.ru

ПРОДУКЦИЯ Система интегрального мониторинга «Симона 111»

Серийный выпуск.
ТУ 9441-001-49927961-2008

код ОК 005 (ОКП):
94 4180

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92,
ГОСТ IEC 60601-1-1-2011,
ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88),
ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014

код ТН ВЭД России:
9018 19 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ОКУЛЮС 2000»
125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.23/5
ИНН 7710297334

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ОКУЛЮС 2000»
125315, г. Москва, ул. Усиевича, д.23/5
тел.: (499) 155-34-88, факс: (499) 151-39-70

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 15-554 от 15.04.2015г. и № 15-556 от 17.04.2015г. ИЦ МИ АНО «ВНИИИМТ» (№ РОСС RU.0001.21ИМ04); протокола испытаний № 18/Э-042/15 от 20.04.2015г. ИЛ ЭМС ТС «ВНИИФТРИ-ТЕСТ» (№ РОСС RU.0001.21АЯ50); свидетельства об утверждении типа средств измерений RU.C.39.026.A № 35248 Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03787 от 15.12.2008г. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркирование продукции производится знаком соответствия Системы сертификации ГОСТ Р при добровольной сертификации продукции

М.П.

Руководитель органа _____ Б.И. Леонов
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Е.И. Полянская
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2014 г.